

24. srpna 2012

UPOZORNĚNÍ (FIELD SAFETY NOTICE)

Růstový suplement Oxoid Legionella BCYE Growth Supplement, SR0110C

šarže 1175209

Zákazníkům se doporučuje následující:

Během technického vyšetřování bylo zjištěno, že šarže 1175209 výrobku Oxoid Legionella BCYE Growth Supplement, SR0110C, může obsahovat nízký stupeň mikrobiální kontaminace.

Používání suplementu této šarže může způsobit nesprávné výsledky vyšetření.

Zákazníci by měli přezkoumat výsledky získané za použití této šarže výrobku a zvážit opakování testů.

V souladu s naší politikou jakosti žádáme o likvidaci zbývajících zásob této šarže výrobku a kontaktování zákaznického servisu místního dodavatele Oxoid, který bezplatně poskytne náhradu výrobku.

Toto upozornění je nutno předat všem osobám ve vaší organizaci, kterých se týká.

Agentura Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) byla o tomto bezpečnostním nápravném opatření (Field Safety Corrective Action) informována.

V případě jakýchkoliv problémů spojených s tímto upozorněním nebo budete-li potřebovat bližší informace, kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory prostřednictvím místní pobočky Oxoid.*

S úctou,

Colin Booth

Director, Regulatory Affairs Microbiology Europe and ROW

* OXOID CZ s.r.o., Kaštanová 64/539, 620 00 Brno, tel. 800 101 038, fax 800 101 058,
oxid.cz@thermofisher.com

Microbiology

Oxoid Ltd.
Wade Road
Basingstoke

Hants
RG24 8PW
UK

+44 (0) 1256 841 144 tel
+44 (0) 1256 814 626 fax

www.thermofisher.com
www.oxid.com